

I: richiesta di sostituzione delle mascherine

PRSD01000E P.TOSCHI DISTRETTO 006 <prsd01000e@istruzione.it>

mar 24/11/2020 08:26

A: dirigente <dirigente@liceotoschi.edu.it>; personale <personale@liceotoschi.edu.it>

Ufficio Protocollo

Liceo **Artistico** Statale "Paolo Toschi" - PARMA

tel. 0521282270 - 0521207159

Da: logistica <logistica@invitalia.it>

Inviato: venerdì 20 novembre 2020 13:52

A: PRSD01000E P.TOSCHI DISTRETTO 006 <prsd01000e@istruzione.it>

Oggetto: R: richiesta di sostituzione delle mascherine

Buongiorno Dirigente Pettenati,

abbiamo provato a contattarla telefonicamente poco fa, ma ci hanno riferito che non era in sede.

Riscontriamo la sua segnalazione, assicurandola sul fatto che tutte le mascherine rese disponibili dal Commissario sono certificate secondo la procedure autorizzative dell'Istituto Superiore di Sanità (Art. 15 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 e successive modifiche) e, a partire dal 15 ottobre 2020, anche secondo la certificazione CE.

Queste norme non prevedono l'obbligatorietà del ferretto, anche se molte delle mascherine da noi prodotte sono disponibili già nella versione comprensiva di ferretto e contiamo, nel giro delle prossime settimane, di implementare il ferretto su tutte le mascherine prodotte (sia in versione bambino che adulto).

Le mascherine, infatti, rispondono per legge, sia ai requisiti di conformità alla norma UNI EN 14683 (prestazioni funzionali per le caratteristiche di efficienza di filtrazione batterica, respirabilità e di pulizia microbica), sia a quelli della norma UNI EN ISO 10993-1 (prestazioni di biocompatibilità).

Questo significa che sulle mascherine, in fase di certificazione, sono state condotte tutte le prove richieste dalla legge: test di biocompatibilità (analisi di citotossicità e di sensibilizzazione e irritazione cutanea, sia sulle materie prime che sul prodotto finito); test di pulizia microbica (analisi di Bioburden) e tutti i test funzionali (test di BFE, per la capacità di filtrazione batterica) e i test di pressione differenziale (per l'analisi di respirabilità), oltre che i test di resistenza agli spruzzi – splash test – per le mascherine qualificate di tipo IIR (utilizzabili anche in ambito medico-sanitario).

Inoltre sono stati redatti dei razionali, nello specifico dall'Università di Bologna, per l'analisi sulla biocompatibilità complessiva e la vestibilità delle mascherine. Sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità è possibile consultare le autorizzazioni rilasciate e attualmente in vigore: <https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine>.

Ovviamente, i produttori delle mascherine chirurgiche distribuite anche nelle scuole dal Governo per il tramite del Commissario sono tutti autorizzati alla produzione e commercializzazione delle stesse da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n.18, ovvero dispongono di marchiatura CE.

L'Istituto Superiore di Sanità pubblica ed aggiorna con regolarità la lista dei produttori autorizzati alla produzione e commercializzazione delle mascherine chirurgiche ai sensi del citato art. 15. Tale elenco è consultabile all'indirizzo: <https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine>

Con i più cordiali saluti

Logistica

Da: prsd01000e@pec.istruzione.it <prsd01000e@pec.istruzione.it>

Inviato: venerdì 20 novembre 2020 11:30

A: commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

Oggetto: richiesta di sostituzione delle mascherine

Trasmetto in allegato file con la richiesta di sostituzione delle mascherine

LICEO ARTISTICO STATALE PAOLO TOSCHI

Viale Toschi, 1

43121 PARMA – ITALY

Centralino e Segreteria

+39 0521 282270

E-mail:

prsd01000e@istruzione.it

personale@liceotoschi.edu.it

IL Dirigente scolastico

prof. Roberto Pettenati